








มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
GREEN & CLEAN Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)
 ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	ผังกระบวนการ	จุดควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1		<ul style="list-style-type: none"> เก็บรักษาชุดบรรจุตัวอย่างน้ำในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 	-	ผู้ให้บริการ
2		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของตัวอย่างน้ำ ขึ้นรหัสตัวอย่างน้ำ 	1 วัน	เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
3		<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	15 วัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
4		<ul style="list-style-type: none"> การทวนสอบผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	1 วัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
5		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสัมพันธ์ของผลและรับรองผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	2 วัน	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
6		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	1 วัน	เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
7		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบใบส่งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	1 วัน	เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ

- ควบคุม กำกับ การตรวจวิเคราะห์และทดสอบให้มีความแม่นยำ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
- ควบคุม กำกับ การออกรายงานผลให้ทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้งาน
- ประชุมทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ ทุก 2 เดือน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯทราบ
- การให้องค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเฝ้าระวังและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- พัฒนา ปรับปรุง การบริการ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนและสนองตอบการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดและโครงการสำคัญของกรมอนามัย