








มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

พื้นที่เขตเมือง (เทศบาลนคร / เทศบาลเมือง) และเขตเศรษฐกิจพิเศษขับเคลื่อนเป็นเมืองสุขภาพดี

ปีงบประมาณ 2567

1. ควบคุม กำกับ การตรวจวิเคราะห์และทดสอบให้มีความแม่นยำ ถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยต้องดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
2. ควบคุม กำกับ การออกรายงานผลให้ทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้งาน

ลำดับ	กิจกรรมการ	จุดควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1		<ul style="list-style-type: none"> เก็บรักษาชุดบรรจุตัวอย่างในภาชนะควบคุมอุณหภูมิ 4-10 องศาเซลเซียส และนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 	-	ผู้รับบริการ
2		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของตัวอย่างน้ำ ขึ้นรหัสตัวอย่างน้ำ 	1 วัน	เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
3		<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	15 วัน	นักวิทยาศาสตร์แพทย์
4		<ul style="list-style-type: none"> การทวนสอบผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	1 วัน	นักวิทยาศาสตร์แพทย์
5		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลและรับรองผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	2 วัน	นักวิทยาศาสตร์แพทย์
6		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	1 วัน	เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
7		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบใบนำส่งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 	1 วัน	เจ้าหน้าที่พิมพ์รายงานผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ

3. ประชุมทบทวนการบริหารงานในส่วนของห้องปฏิบัติการทุก 2 เดือนและรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯทราบ
4. พัฒนา ปรับปรุง การบริการ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนและสนองตอบ การดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดและโครงการสำคัญของกรมอนามัย
5. การให้อำนาจความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเฝ้าระวังและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม