



**1 ชุด ทดสอบ
ได้ถึง 45 ครั้ง**

ขั้นตอนการใช้งาน



1

รินตัวอย่างน้ำลงใน
ขวดแก้วเปล่าถึง **ขีดที่กำหนด**



2

หยดสารเคมี 1 **จำนวน 20 หยด**
ลงในขวดตัวอย่างน้ำ



3

หยดสารเคมี 2 **จำนวน 5 หยด**
ลงในขวดตัวอย่างน้ำ



4

ปิดฝาขวดให้แน่น แล้วผสมให้เข้ากัน
โดยกลับขวดบรรจุตัวอย่างน้ำขึ้น-ลง
15-20 ครั้ง



5

เทียบสีที่เกิดขึ้นกับแผ่นเทียบสี
มาตรฐานฟลูออไรด์ ค่าที่อ่านได้ คือ
ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563

กำหนดปริมาณของฟลูออไรด์ในน้ำประปาไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร